



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Radzynie Podlaskim
ul. Wisznicka 111
21-300 Radzyń Podlaski

PKO BP S.A. 56 1020 1260 0000 0402 0108 1033



NIP 538-15-94-311 Sekretariat tel.: (0-83) 413-22-67 Fax: (083) 413-22-00 e-mail: sekretariat@spzozrp.pl www.spzozrp.pl

Sekcja Zamówień Publicznych tel. (083) 413-22-83 Fax: (083) 413-22-82 e-mail: przetargi@spzozrp.pl

NASZ ZNAK: SZP 7/2018/PN

Data : 26.06.2018r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku do magazynu apteki szpitalnej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim

Informacja nr 1

SPZOZ w Radzynie Podlaskim jako Zamawiający, informuje na podst. art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp), i wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniach 21.06.2018 r- 25.06.2018 r. wpłynęły pytania, przedstawione poniżej:

1. Dotyczy pakietu 3 poz. 7.
Prosimy o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
2. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust.7
Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: [...] z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorrespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.
Odp.: Wzór umowy bez zmian.
3. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2
Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: [...] po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.
Odp.: Wzór umowy bez zmian.
4. Dotyczy załącznika nr 5
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
5. Zadanie 4
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy kompatybilność ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych (penami) stosowanymi na obszarze UE, ma być

potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej Producenta dołączonym do oferty?

Odp.: Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych (penami) stosowanymi na obszarze UE, ma być potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej Producenta dołączonym do oferty.

6. Zadanie nr 4. Prosimy o sprecyzowanie czy kompatybilność ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych ma być potwierdzona przez producenta igieł na opakowaniu zbiorczym igieł?

Odp.: Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych ma być potwierdzona przez producenta igieł na opakowaniu zbiorczym igieł.

7. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1 pkt. 2), 3):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia w dostawie ponad termin określony w §1 ust. 5, jednak nie mniej niż 10 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru,
- za opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2 - 4 w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień opóźnienia w wymianie ponad termin określony w umowie, jednak nie mniej niż 10 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.

Odp.: Wzór umowy bez zmian.

8. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Wzór umowy bez zmian.

9. Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pozycji nr 3. Pozwoli to na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.

Odp.: Nie.

10. Pakiet nr 2. Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu sterylizowanej tlenkiem etylenu w rozmiarach:

1a/ rozmiar całkowity 28x38,5 cm, część przylepna 30x28 cm

1b/ rozmiar całkowity 40x50,5 cm, część przylepna 40x42 cm

1c/ rozmiar całkowity 45x63,5 cm, część przylepna 45x55 cm

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

11. Zadanie nr 2. Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu o grubości $22\mu \pm 1$ o przepuszczalności większej niż 600g/m²/24h w rozmiarach:

2a/ rozmiar całkowity 40x40 cm, część przylepna 34x40 cm

2b/ rozmiar całkowity 70x45 cm, część przylepna 60x45 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. Zadanie nr 2. Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej bakteriobójczej pakowanej po 15 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

SPZOK w Radzynie Podlaskim jako Zamawiający, informuje na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp), że wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Punkty SIWZ z treścią „zał. 3.1-3.4 do SIWZ” otrzymują obowiązujące brzmienie „zał. 3.1-3.4 po zmianach do SIWZ”


Na stronie Zamawiającego umieszczono zał. 3.1-3.4 do SIWZ po zmianie wynikającej z odpowiedzi na pytania. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców.

Do wiadomości

1/ a/a

2/ wykonawca

Z poważaniem

p.o. Z-ca Dyrektora, Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Radzynie Podlaskim

lek. med. Waldemar Zielnik