



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Radzynie Podlaskim ul. Wisznicka
111
21-300 Radzyń Podlaski

PKO BP 56 1020 1260 0000 0402 0108 1033



NIP 538-15-94-311 Sekretariat (083) 413-22-67 Fax. (083) 413-22-00 sekretariat@spozzrp.pl www.spozzrp.pl

Sekcja Zamówień Publicznych (083) 413-22-83 Fax: (083) 413-22-82 przetargi@spozzrp.pl

NASZ ZNAK: SZP/15/2017/PN

Data : 22.11.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych na dostawę tomografu komputerowego wraz z usługą finansowania na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim

Informacja 1

SPZOZ w Radzynie Podlaskim jako Zamawiający, informuje na podst. art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp), i wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniach 20.11.2017 r - 21.11.2017 r. wpłynęły pytania, przedstawione poniżej.

1. W związku z dostawą tomografu komputerowego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?
Odp.: Tak.
2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadany systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?
Odp.: Tak.
3. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację tomografu komputerowego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?
Odp.: Tak.
4. Załącznik nr 3 do siwz, pkt 106: Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza generującego ciśnienie minimalne 325PSI oraz możliwości symultanicznego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej? Uzasadnienie: wymienione parametry wstrzykiwacza umożliwią zamawiającemu wykonywanie pełnego spektrum badań tomograficznych łącznie z badaniami serca, przy których zamawiający uzyska obrazy z jednakowym zakontrastowaniem obu komór serca z dowolnie wybranym środkiem kontrastowym bez względu na jego stężenie i lepkość.
Odp.: Zgodnie z SIWZ
5. Załącznik nr 3 do siwz, pkt 106: Czy zamawiający będzie oczekiwał aby głowica wstrzykiwacza dostosowana była do korzystania zarówno z wkładów jednorazowych jak i wkładów wielorazowych o certyfikowanej sterylności min 12h? Uzasadnienie: Możliwość wymiennego stosowania wkładów jednorazowych jak i wielorazowych ma wymierne uzasadnienie ekonomiczne dla zamawiającego: podczas zmian z małą ilością badań (dyżury i weekendy) nie ma konieczności zakładania nieuzasadnionego ekonomicznie zestawu wielogodzinnego użytku, natomiast przy zaplanowanych wielu badaniach kontrastowych z zastosowaniem zestawu 12-godzinnego wymianie podlega jedynie dren pacjencki, co znacznie zwiększa ergonomię i komfort

pracy ze wstrzykiwaczem, redukuje ilość odpadów medycznych i obniża koszt badania „na pacjenta”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

6. Załącznik nr 3 do siwz, pkt 106: „Czy zamawiający będzie oczekiwał objęcia wstrzykiwacza zdalnym nadzorem diagnostycznym- serwisowym poprzez łącze VPN i udostępni takie łącze? Uzasadnienie: zastosowanie serwisu zdalnego pozwala na wcześniejsze wykrycie i usunięcie błędów w oprogramowaniu wstrzykiwacza co umożliwia uniknięcie przestojów spowodowanych takimi rodzajami awarii oraz zdalną diagnostykę, która skraca czas potrzebny na interwencje serwisowe.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

7. W związku z prowadzonym postępowaniem przez Państwa ww. postępowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca modernizacji i przyszłej instalacji tomografu komputerowego. Ze swojej strony prosimy o wyznaczenie terminu pomiędzy 28.11.2017r., a 01.12.2017r.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca modernizacji i przyszłej instalacji tomografu komputerowego w dni robocze w terminie do 21.12.2017r w godzinach 8⁰⁰-14⁰⁰. Osobą upoważnioną do kontaktu, umówienia daty i godziny wizji lokalnej jest Kierownik Działu Diagnostyki Radiologicznej - Leszek Jaszcz tel. 83 413 22 41.

Z poważaniem

Do wiadomości

1/ a/a

2/ wykonawcy

~~DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Radzynie Podlaskim
mgr inż. Marek Zawada~~